

## Auditoria Interna

San José, 12 de septiembre 2022

**JD-INTA-154-2022**

Auditoria Interna

Señora:

Cristina Vargas Chacón

Jefa del Departamento de Laboratorios

**INTA**

**Asunto:** Seguimiento a recomendaciones pendientes de la Auditoria Interna corte al 30/09/2022.

Estimada señora:

En la revisión de seguimientos a recomendaciones pendientes de la Auditoria Interna con corte al **30 de septiembre 2022**, le comunicamos que para esa fecha existe: **1 recomendación vencida**, las cuales son responsabilidad del **Departamento de Laboratorios**, a continuación, el detalle:

**a- Recomendaciones vencidas del Laboratorios de Fitoprotección:**

Informe	Hallazgo	RECOMENDACIONES EMITIDAS	Comentarios de la Auditoria Interna	FECHA DE AMPLIACION APROBADA al 30-09-2022
INF-CI-INTA-001-2017	15-Falta de UPS en equipos críticos de laboratorio	1- Realizar un análisis integral de la totalidad de quipos de laboratorios y determinar cuáles equipos son considerados como críticos en la operación (tanto en costo como el valor que tiene en el proceso); posteriormente deberá gestionar los recursos económicos necesarios para la compra de UPS adecuadas que permitan proteger a los equipos de fallos de alimentación y picos de corriente.	Para este año 2022 no se determinan acciones realizadas por la Administración.	<b>31/12/2021</b>  <b>Plazo vencido</b>

Por tanto, se le solicita que en **el término de 5 días hábiles** nos informe sobre las acciones que han tomado para implementar las recomendaciones arriba señaladas y/o la extensión de plazo para finalizar las actividades pendientes.

Les agradezco su colaboración con nuestra solicitud, sin otro particular, se suscribe.

Jimmy Gómez Valerio

Auditor Encargado, Auditoria Interna

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria.



CC: Nevio Bonilla Morales – Director Ejecutivo  
Álvaro Rodríguez Aguilar – Subdirector Ejecutivo.  
Fanny Arce Alvarado – Auditora Interna